

Qualité et Sécurité

Réglementation et Politique de contrôle
Métrologie - Approbations de modèle

Chaussée de Haecht, 1795

B- 1130 BRUXELLES

Tél. : 02/247.96.11

Fax : 02/245.76.73

<http://economie.fgov.be>

metrology.approvals@economie.fgov.be

Numéro d'entreprise: 0314.595.348

CERTIFICAT D'APPROBATION DE MODELE N° 832.99B.331.02

APPROBATION C. E. E. POUR COMPTEUR D'EAU FROIDE

N° de référence : E63110/SMD-AMG/ RN/34.697

Date: 16/10/2006

Bénéficiaire: - CONTHIDRA, S.L. - Polig. ind. SERVIALSA - Calle B, n° 25 - 41960 GINES (SEVILLE) - ESPAGNE

Vu l'arrêté royal du 18 février 1977, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1990 relatif aux compteurs d'eau froide;

Vu les essais effectués par le service de la métrologie;

Le compteur d'eau froide : Conta CU 2520

identifié par la note descriptive, les plans et les échantillons déposés au Service de la Métrologie,
est approuvé sous le signe d'approbation C. E. E. de modèle :

B 99

331.02

Les caractéristiques du compteur d'eau froide sont :

- dénomination: Conta CU 2520
- type: A turbine, jet unique, cadran sec
- débit maximal: 5 m³/h
- débit nominal: 2,5 m³/h
- débit de transition: 250 l/h (CI A); 200 l/h (CI B)
- débit minimal: 100 l/h (CI A); 50 l/h (CI B)
- classe métrologique: A-VH; B-H
- perte de pression à Q_{max}: 1 bar
- pression maximale de service: 10 bar
- position de fonctionnement et condition de montage: H (B ou A); V (A)
- température de service: de 0 à 30 °C
- volume cyclique: 0,0428 l/tour
- portée du totalisateur: 9.999 ou 99.999 m³
- échelon chiffré: 0,1 l
- échelon de vérification: 0,05 l
- dimension de l'échelon de vérification: 2 mm

Le présent certificat constitue la prorogation de l'approbation 554.99B.331.02 du 08/10/1999 ainsi que les variantes n° 1, 2 et 3.

La marque de fabrique est:



Le bénéficiaire est autorisé à revêtir les instruments construits conformément à ce modèle du signe d'approbation correspondant.

Le présent certificat est valable jusqu'au 31/10/2016 sauf décision contraire.

L'Attaché,

ing R. NOËL

pour le Conseiller,
L'Attaché,

ing D. Bils