

Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie

Qualité et Sécurité

Division Métrologie
Service central de Vérification 1

Chaussée de Haecht, 1795

B- 1130 BRUXELLES

Tél. : 02/247.96.11

Fax : 02/245.76.73

<http://mineco.fgov.be>

metrology.haren@mineco.fgov.be

Numéro d'entreprise: 0314.595.348

CERTIFICAT D'APPROBATION DE MODELE N°

809.06B.315.20

Complément n° 1 à l' APPROBATION C. E. E. POUR COMPTEUR D'EAU FROIDE

N° de référence : E6/M6/ 34.516

Date: 10/08/2006

Bénéficiaire: - JANZ - Contagem e Gestão de Fluidos, S.A. - av. Infante D. Henrique, 288 - P-1950-421 LISBONE - PORTUGAL
- CONTHIDRA, S.L. - Polig. ind. SERVIALSA - Calle B, n° 25 - 41960 GINES (SEVILLE) - ESPAGNE

Vu l'arrêté royal du 18 février 1977, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1990 relatif aux compteurs d'eau froide;

Vu les essais effectués par le Service de la Métrologie;

Le compteur d'eau froide : CONTHIDRA C300 Qn 2,5 m³/h

identifié par la note descriptive, les plans et les échantillons déposés au Service de la Métrologie, est approuvé sous le signe d'approbation C. E. E. de modèle :

B 06
315.20

Les caractéristiques du compteur d'eau froide sont :
voir variante n° 1 ci-jointe

- | | |
|--|---|
| - dénomination: CONTHIDRA C300 | - position de fonctionnement et condition de montage: cadran horizontal |
| - type: A turbine, jet unique, cadran sec | - température de service: de 0 à 30 °C |
| - débit maximal: 5 m ³ /h | - volume cyclique: 0,0427 l/tour |
| - débit nominal: 2,5 m ³ /h | - portée du totalisateur: 9.999 ou 99.999 m ³ |
| - débit de transition: 37,5 l/h | - échelon chiffré: 0,1 l |
| - débit minimal: 25 l/h | - échelon de vérification: 0,05 l |
| - classe métrologique: C-H | - dimension de l'échelon de vérification: 2 mm |
| - perte de pression à Q _{max} : 1 bar | |
| - pression maximale de service: 10 ou 16 bar | |

La marque de fabrique est:



Le bénéficiaire est autorisé à revêtir les instruments construits conformément à ce modèle du signe d'approbation correspondant.

Le présent certificat est valable jusqu'au 31/08/2016 sauf décision contraire.

L'Attaché,

ing R. NOËL

pour le Conseiller Général,
Le Conseiller,

ing F. Deleu